

**Jedinstveni broj uzorka: V-7897/2019**

Vinkovci, 18.07.2019

Evidencijska oznaka: 51368

Kupac: KOMUNALAC D.O.O., VELIKI KRAJ 132, 32270 Županja

Vlasnik: nije navedeno

Proizvođa: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: GP17/7 od 11.07.2019.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 12.07.2019 07:34

Temperatura uzorka na prijemu: 6,8°C

Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 11.07.2019 13:00

Temperatura uzorka na uzorkovanju: 10,9°C

Metoda: kompozitni uzorak

Mjesto: UPOV Županja - izlaz

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD VINKOVCI

Osoba: Djelatnik veterinarskog zavoda

### Izveštje o rezultatima pretraživanja: V-7897/2019

**Laboratorijski broj uzorka: V-3-899/2019**

Datum i sat početka pretraživanja: 12.07.2019 07:40

Datum i sat završetka pretraživanja: 17.07.2019 14:00

#### VETERINARSKI ZAVOD VINKOVCI LABORATORIJ ZA ANALITIKU KEMIJU I REZIDUE REZULTATI PRETRAŽIVANJA

**Uzorak: OTPADNA VODA**

**Količina: 1**

**Vrsta pretraživanja: 30. Komunalac ŽU**

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
Temperatura zraka	V-3-101 Rev.00	°C		25,2
Temperatura vode	V-3-101 Rev.00	°C		10,9
Boja	V-3-106 Rev.00			bez
Miris	V-3-106 Rev.00			bez
BPK5 - biokemijska potrošnja kisika	HRN EN 1899-1:2004 V-3-11 Rev.00	mgO <sub>2</sub> /L	25	7,2
KPK - kemijska potrošnja kisika	HRN ISO 6060:2003 V-3-12 Rev.01 *	mgO <sub>2</sub> /L	125	48,0
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	HRN ISO 8467:2001 V-3-05 Rev.01 *	mg/L		37,2
Suspendirane tvari	HRN EN 872:2008 V-3-14 Rev.00	mg/L	35	< 2
Ukupni dušik	HRN EN 25663:2008 V-3-21 Rev.00	mg/L	15	5,0
Ukupni fosfor	HRN EN ISO 6878:2008 V-3-118 Rev.00	mgP/L	2	1,45
Nitriti	HRN EN 26777:1998 V-3-115 Rev.00	mgN/L		0,06
Nitrati	HRN ISO 7890-3:1998 V-3-116 Rev.00	mgN/L		0,17

\* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije


Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

**Izjava o sukladnosti:**


MDK vrijednosti prema uvjetima Vodopravne dozvole klasa: UP/I<sup>o</sup>-325-04/11-05/151, ur.broj: 374-21-4-11-2, Zagreb 29.11.2011.

MDK- maksimalno dopuštena koncentracija

Voditelj laboratorija:  
Štefica Grgi, dipl. ing.



Predstojnik:  
doc. dr. sc. Mario Škrivanko, dr. vet. med.



**Dostaviti:**

1. Kupac

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretraženi uzorak.

Kraj Izvješća o rezultatima pretraživanja.